USER MANUAL

Folding commode chair
Folding commode chair with wheels
Product code: TGR-R KT 023B, TGR-R KT 023C

1. Characteristics

The folding commode chair is made of a powder-coated steel frame. Model TGR-R KT 023B is equipped with height-adjustable legs with anti-slip rubber tips, while model TGR-R KT 023C features legs with castors and locking mechanisms (brakes). This foldable chair includes a toilet seat with a lid and a toilet bucket with a lid, both of which are easily removable. Thanks to its folding and adjustment options, the chair can be adapted to the patient's needs, and the side armrests provide stability and safe usage.

Elements of the commode chair:

- **A.** Armrests
- **B.** Toilet seat
- **C.** Toilet bucket
- **D.** Height adjustment
- **E.** Anti-slip tip
- **F.** Castors



2. Application

The commode chair is ancillary equipment which helps the user to perform physiological activities. The chair is recommended to people with dysfunctions and reduced mobility who have problems with unassisted walking, and for those who lost the ability of unassisted sitting down and standing up. The chair functions as a toilet owing to the toilet bucket placed under the seat. The chair facilitates performing physiological activities and taking care of the user. The castors enable comfortable sliding onto a toilet after removal of the toilet bucket.

3. Assembly

Unfolding and folding

- To unfold the chair, first put it on the floor. Grab the plastic handles and unfold the chair. Assemble the front part of the frame.
- Mount toilet seat with lid on the rear frame and toilet bucket in the middle.
- To fold the chair, first remove the toilet bucket and the toilet seat with lid. Next, lower the front part of the frame, then tilt one side frame forward and the other backward.

HEIGHT ADJUSTMENT

- To adjust the height of the chair press the locking pin, select appropriate height of the leg and then lock it again, repeating steps on the other legs. The legs are adjustable in 2.5 cm increments.

Note! All legs must be set on the same height level.

USAGE

- While getting on or off the chair, changing the user's position, or when the chair is stationary, the brakes must be locked (TGR-R KT 023C). Lift the toilet lid and remove the bucket lid. After use, cover the bucket with the lid and close the toilet lid.

4. Technical data

Model	**TGR-R KT 023B**	**TGR-R KT 023C**
Overall width	56 cm	
Inner width	46 cm	
Overall depth	47 cm	
Seat height from the ground	41-51 cm	43-53 cm
Overall height	71-81 cm	73-83 cm
Seat dimensions	38 x 40 cm	
Chair weight	6,5 kg	8,0 kg
Maximum capacity	120 kg	
Frame colour	grey	

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Maintenance

Regularly perform a visual inspection of all connecting components (such as latches and hinges) of the product.

Cleaning

Carry out regular maintenance of the technical condition of the chair:

- Clean the commode chair regularly using only water and mild detergents. Dry thoroughly.
- **Do not use** for cleaning: strong polishing agents and detergents, abrasive agents, bleach, petrol or solvents (it may cause frame damage, visible defects and in consequence - loss of warranty rights).
- Empty and disinfect the toilet bucket and the toilet seat after each use. Use toilet cleaning agents according to producer's instructions.

7. Storage and transport conditions

The product should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Labels

REF	Reference number		Manufacturer
LOT	LOT number	UDI	UDI code
SN	Serial number	MD	Medical device

	Note		Please read the instruction
CE	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: **www.timago.com**. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Krzesło toaletowe
Krzesło toaletowe na kółkach
Kod produktu: TGR-R KT 023B, TGR-R KT 023C

1. Wykonanie

Krzesło toaletowe wykonane jest ze stalowej, malowanej proszkowo ramy. Model TGR-R KT 023B posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami, a model TGR-R KT 023C nóżki zakończone kółkami z blokadą. Krzesło wyposażone jest w deskę sedesową z klapą oraz łatwo wyciągany plastikowy pojemnik toaletowy z pokrywą. Łatwość składania i regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, a boczne podłokietniki wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

Elementy krzesła toaletowego:

- **A.** Podłokietnik
- **B.** Deska sedesowa
- **C.** Pojemnik toaletowy
- **D.** Regulacja wysokości
- **E.** Nasadki antypoślizgowe
- **F.** Kółka z blokadą



2. Zastosowanie

Krzesło toaletowe jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonanie czynności fizjologicznych. Zalecane jest dla osób, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się, z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi oraz dla osób, które utraciły zdolność samodzielnego siadania i wstawania. Krzesło pełni funkcję toaletową dzięki wyposażeniu w pojemnik toaletowy pod siedziskiem. Ułatwia przeprowadzenie czynności fizjologicznych i pielęgnacyjnych użytkownika. Kółka transportowe umożliwiają wygodny najazd na sedes po wyciągnięciu pojemnika toaletowego.

3. Montaż

Rozłożenie i złożenie krzesła toaletowego

- Krzesło postawić i chwycić za plastikowe uchwyt, rozkładając krzesło, a następnie połączyć przednią część ramy z bokami.
- Deskę sedesową i klapę zamontować na tylnej części ramy, a pojemnik toaletowy na środku ramy krzesła.
- W celu złożenia krzesła zdemontować deskę sedesową i klapę, następnie wyciągnąć pojemnik toaletowy, opuścić przednią część ramy. Jedną boczną ramę odchylić do przodu, a drugą – do tyłu.

REGULACJA WYSOKOŚCI

Aby wyregulować wysokość krzesła, należy wcisnąć pin blokujący, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie zablokować. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm.

Uwaga! Wszystkie nóżki muszą być ustawione na tym samym poziomie.

UŻYTKOWANIE

W trakcie wsiadania, zsiadania, zmiany pozycji użytkownika, postoju należy bezwzględnie zablokować hamulce (**TGR-R KT 023C**). Podnieść klapę sedesu, a następnie zdjąć pokrywę pojemnika. Po użyciu przykryć pojemnik pokrywą, a następnie opuścić klapę sedesu.

4. Specyfikacja techniczna

Model	**TGR-R KT 023B**	**TGR-R KT 023C**
Całkowita szerokość	56 cm	
Szerokość wewnętrzna	46 cm	
Całkowita głębokość	47 cm	
Wysokość siedziska od podłoża	41-51 cm	43-53 cm
Całkowita wysokość	71-81 cm	73-83 cm
Wymiary siedziska	38 x 40 cm	
Waga krzesła	6,5 kg	8,0 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg	
Kolor ramy	szara	

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

- Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu technicznego krzesła: krzesło toaletowe należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów. Dokładnie osuszyć.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników. Po każdorazowym użyciu należy opróżnić i zdezynfekować pojemnik oraz deskę sedesową. Należy wykorzystywać środki do czyszczenia toalet zgodnie z zaleceniami ich producenta.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

REF	Numer referencyjny		Producent
LOT	Numer serii	UDI	Kod UDI
SN	Numer seryjny	MD	Wyrób medyczny

	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
CE	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com.** Dziękujemy za wybór Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

07/2025 (V)