XIII. PRZEWIDZIANY OKRES UŻYWANIA

Brak przewidzianego okresu używania taboretu. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

XIV. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).
Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XV. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
CE	Oznakowanie CE	LOT	Kod partii
REF	Numer katalogowy	QTY	Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
MD	Wyrób medyczny		Kruchy,obchodzić się ostrożnie
UDI	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Warszawa, Polska (Poland)
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

CE

I/RF-821/3/18.03.2026
Data wydania instrukcji używania: 03.2026 v3

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska (Poland), e-mail: info@rehafund.pl, www.rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYWANIA
TABORET DO HIGIENY OSOBISTEJ
KEVIN 821

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,



Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim. Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu. Zdjęcia użyte w instrukcji mają charakter poglądowy!

UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

II. CHARAKTERYSTYKA


Nr katalogowy.:	**RF-821**
Całkowita szerokość:	50 cm
Szerokość siedziska:	50 cm
Całkowita wysokość:	41-51 cm
Całkowita długość:	39 cm
Głębokość siedziska:	31 cm
Wysokość siedziska:	39-49 cm
Max. bezpieczne obciążenie:	110 kg
Waga:	1,9 kg

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Siedzisko	PE (polietylen)
Nasadka	TPR (guma termoplastyczna)
Przycisk blokujący	stal

CZĘŚĆI TABORETU

A i B. śruby i podkładki
C. siedzisko
D i E. rama, rurki i nasadka



III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Taboret pozwala osobom z ograniczoną sprawnością ruchową, seniorom utrzymać codzienną higienę osobistą zachowując przy tym znaczną samodzielność. Dzięki temu sprzętowi zagrożenie upadkiem czy innym urazem, które możliwe są pod prysznicem, znacznie spada.

IV. GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową dla produktu taboret pod prysznic są przede wszystkim osoby z ograniczoną sprawnością ruchową oraz te, które potrzebują wsparcia przy kąpieli:
- Osoby starsze, które mają problemy z utrzymaniem równowagi lub zmęczeniem podczas stania pod prysznicem.
- Osoby po urazach lub zabiegach operacyjnych (np. kończyn dolnych, bioder, kręgosłupa), dla których stanie podczas kąpieli może być utrudnione.
- Osoby z przewlekłymi schorzeniami narządu ruchu, które potrzebują przygotowanego miejsca do siedzenia w trakcie kąpieli.
- Osoby, które chcą zwiększyć bezpieczeństwo w łazience - np. uniknąć poślizgnięcia się lub upadku podczas kąpieli.

⚠ V. PRZECIWWSKAZANIA

- Brak możliwości utrzymania stabilnej pozycji siedzącej - jeżeli użytkownik nie ma odpowiedniej kontroli tułowia lub mięśni brzucha/pleców, wtedy korzystanie może być niebezpieczne.
- Znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej lub równowagi - np. choroby błędnika, zawroty głowy, niesamodzielność w siadaniu lub wstawaniu.
- Użytkownicy, którzy nie powinni przyjmować pozycji siedzącej z przyczyn medycznych - np. pewne stany pooperacyjne, zakrzepy, czy inne wskazania lekarza mogą wykluczać siedzenie na taborecie.
- Osoby z poważnymi zaburzeniami percepcji lub znacznie ograniczoną sprawnością intelektualną - gdy nie mogą samodzielnie lub pod nadzorem korzystać z urządzenia bez ryzyka upadku.
- Nieodpowiednie warunki łazienki – np. bardzo śliska lub pochyła powierzchnia, niewłaściwe dopasowanie wysokości lub ustawienia nóżek mogą uczynić taboret niebezpiecznym.

⚠ VI. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

1. Upadek lub poślizgnięcie się użytkownika, jest to najczęstsze działanie niepożądane przy korzystaniu z taboretu do higieny osobistej. Może wystąpić, jeśli:
   - taboret stoi na śliskiej, nierównej lub nachylonej powierzchni,
   - gumowe nasadki na nóżkach są zużyte lub zabrudzone mydłem,
   - użytkownik gwałtownie siada, przemieszcza się lub próbuje się podciągnąć bez asekuracji.
2. Długotrwałe siedzenie na twardym, plastikowym siedzisku (zwłaszcza u osób szczupłych lub z chorobami skóry) może prowadzić do: otarć, odleżyn, uczucia chłodu lub dyskomfortu w kontakcie z mokrym materiałem.
3. Jeśli taboret jest ustawiony na niewłaściwej wysokości, może wymuszać nienaturalną pozycję podczas kąpieli, co prowadzi do napięcia mięśni nóg, bioder lub kręgosłupa.
4. W przypadku złego montażu lub uszkodzenia konstrukcji (np. pęknięcie siedziska, poluzowanie śrub), może dojść do uszkodzeń mechanicznych tj: osunięcia się siedziska, zakleszczenia palców, upadku z wysokości ok. 40-60 cm.
5. Jeśli taboret nie jest regularnie czyszczony i osuszany, może stać się miejscem namnażania bakterii lub pleśni - co może prowadzić do podrażnień skóry lub infekcji grzybiczych.

⚠ VII. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed pierwszym użyciem
   - Upewnij się, że taboret został prawidłowo zmontowany i ustawiony zgodnie z instrukcją.
   - Sprawdź, czy powierzchnia, na której zostanie ustawiony, jest czysta, sucha i stabilna.
   - Zmierz dostępną przestrzeń prysznica/wanny, aby upewnić się, że taboret mieści się i może być ustawiony stabilnie.
   - Upewnij się, że użytkownik ma zdolność do samodzielnego siadania i wstawania lub że będzie odpowiednio asekurowany.
2. Nie przekraczać maksymalnego bezpiecznego obciążenia - 110kg.
3. Używaj taboretu jedynie w pozycji siedzącej.
4. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby, mocowania są mocne i nieuszkodzone (np. aluminiowa konstrukcja może korodować lub ulegać zmęczeniu materiału).
5. Sprawdzaj stan antypoślizgowych nasadek - jeśli są zużyte lub uszkodzone należy je wymienić.
6. Osoby z bardzo ograniczoną mobilnością, zaburzeniami równowagi lub silnym bólem powinny korzystać z taboretu pod nadzorem asystenta.

⚠ VIII. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:
1. Przed korzystaniem z taboretu upewnić się, że:
   a. wysokość siedziska jest odpowiednio wyregulowana;
   b. przyciski blokujące działają poprawnie;
   c. gumowe nasadki są w dobrym stanie;
   d. wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.
2. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie taboretu w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
3. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia taboretu.
4. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 0°C.
5. Przed użyciem upewnij się, że rurki stóp ustawione są na tej samej wysokości.
6. Nie próbuj przesuwać taboretu w górę lub w dół po pochyłości za pomocą wody, lodu lub oleju.
7. Taboret musi być stosowany na płaskiej powierzchni.
8. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

IX. SPOSÓB UŻYWANIA

REGULACJA WYSOKOŚCI
1. Wciśnij przycisk zabezpieczający na stopce taboretu i obróć ją delikatnie.
2. Ustaw odpowiednią wysokość.
3. Naceluj przyciskiem na odpowiedni otwór, dzięki czemu zablokujesz stopkę na żądanej wysokości.
4. Powtórz powyższe czynności na każdej stopce upewniając się, że wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.

⚠ **UWAGA! Upewnij się, że wszystkie stopki są poprawnie zablokowane i wyregulowane na tą samą wysokość.**

MONTAŻ
1. Przygotuj zestaw montażowy (rys. 1).
2. Od spodu siedziska dopasuj nogi (rys. 2).
3. Do otworów włóż śruby, a następnie wkręcaj je równomiernie – wkręcaj po kolei każdą śrubę po trochu. Jeśli wkręcisz po kolei całkowicie śruby, możesz mieć problemy z montażem (rys. 3).



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3

Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy.

SIADANIE I WSTAWANIE
1. Upewnij się, że taboret stoi stabilnie i jest gotowy do użycia.
2. Stań tyłem do taboretu tak, aby dotykać jego przodu, tylną stroną kolan.
3. Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłonie na siedzisku.
4. Powoli siadaj na taborecie, zginając łokcie i jeśli jest to możliwe kolana oraz biodra.
5. Aby wstać z taboretu, oprzyj dłonie na siedzisku i podnieś się.

⚠ **UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z taboretu, należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.**

X. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się regularną kontrolę taboretu pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
   a. na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
   b. przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość;
   c. otwory w rurkach nie są powiększone lub wydłużone;
   d. dolne nasadki nie uległy zużyciu - jeżeli tak, należy je wymienić;
   e. żadne inne części taboretu nie są poluzowane lub uszkodzone.

Zaleca się regularne czyszczenie taboretu miękką szmatką i wodą z mydłem.
Taboret po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.
Przed użyciem sprawdź szczelność śrub i stabilność taboretu.
Regularne czyszczenie zapobiegnie zabrudzeniu rurek i zapewni prawidłowe działanie taboretu.

⚠ **UWAGA! Do czyszczenia taboretu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.**

XI. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Taboret należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu unikać nadmiernej wilgoci, miejsc bardzo chłodnych lub bardzo gorących. Chronić przed ekstremalnymi temperaturami i szybkim ich wahaniem oraz przed działaniem substancji chemicznych żrących - kwasów, zasad, które mogą uszkodzić elementy ramy lub regulacji.

TRANSPORT:
Taboret powinien być transportowany w oryginalnym opakowaniu producenta. Należy unikać układania ciężkich przedmiotów na taborecie. Elementy ruchome taboretu powinny być zabezpieczone przed samoistnym przemieszczaniem.
Temperatura transportowania powinna wynosić od -10°C do +50°C, zaś wilgotność względna do 80%.
Po długim transporcie w niskiej temperaturze przed użyciem należy odczekać, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową, by uniknąć kondensacji wilgoci.

XII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta, patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.