TRANSPORT

1. Wyrób należy transportować w oryginalnym opakowaniu, unikając nacisku lub zgniatania.
2. Zakres temperatury podczas transportu nie powinien przekraczać -10 °C do +50 °C, przy wilgotności względnej do 80%.

XII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

XIII. PRZEWIDZIANY OKRES UŻYWANIA

Okres używania ławeczki do kąpieli nie jest jednoznacznie określony i zależy od wielu czynników, takich jak częstotliwość stosowania, warunki eksploatacji oraz sposób konserwacji wyrobu. Przy prawidłowym używaniu i regularnej pielęgnacji ławeczka może służyć przez kilka lat. Wyrób należy natychmiast wymienić w przypadku:

1. Zauważalnych uszkodzeń mechanicznych,
2. Pogorszenia stabilności lub nośności,
3. Zużycia powierzchni użytkowej,
4. Braku zgodności z aktualnymi potrzebami użytkownika

XIV. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta). Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami z instrukcji używania.

XV. GLOSARIUSZ

	Producent		Ostrzeżenie
CE	Oznakowanie CE	LOT	Kod partii
REF	Numer katalogowy	QTY	Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
MD	Wyrób medyczny		Kruchy,obchodzić się ostrożnie
UDI	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Data ważności

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03-310 Warszawa, Polska (Poland)
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

CE

I/RF-855/3/05.02.2026
Data wydania instrukcji używania: 02.2026 v.3

REHA FUND

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska (Poland), e-mail: info@rehafund.pl, www.rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYWANIA
ŁAWECZKA DO WANNY OLIVIA, RF-855

I. WPROWADZENIE



Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim. Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu. Zdjęcia użyte w instrukcji mają charakter poglądowy!

UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.


II. CHARAKTERYSTYKA

Nr katalogowy:	**RF-855**
Max. bezpieczne obciążenie:	100 kg
Długość:	74 cm
Szerokość siedziska:	32 cm
Wysokość siedziska:	10 cm
Waga ławeczki:	2,5 kg
Całkowita wysokość:	18,5 cm

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Uchwyt	PE (polietylen)
Siedzisko	PE (polietylen)
Pokrętło	guma

BUDOWA ŁAWECZKI



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z ławeczki należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Ławeczka to praktyczne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o osobach starszych oraz z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia podczas codziennych czynności higienicznych. Jej głównym celem jest zwiększenie komfortu, niezależności oraz bezpieczeństwa podczas kąpieli, szczególnie w śliskim i potencjalnie niebezpiecznym środowisku, jakim jest łazienka.

Ławeczka stanowi nieocenioną pomoc w codziennej pielęgnacji, wspierając osoby potrzebujące w zachowaniu samodzielności i godności. To proste, a zarazem niezwykle użyteczne narzędzie, które poprawia jakość życia i pozwala czuć się bezpiecznie każdego dnia.

IV. GRUPA DOCELOWA

Przeznaczona jest dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami fizycznymi (tymczasowymi, np. operacje, jak i trwałymi), dla osób po urazach i operacjach oraz opiekunów osób potrzebujących wsparcia, dla których ławeczka ułatwi i usprawni bezpieczne wykonywanie czynności higienicznych u podopiecznych. Zalecana jest również w placówkach opieki długoterminowej, domach opieki i szpitalach jako element wyposażenia łazienek w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.

V. PRZECIWWSKAZANIA

1. Brak możliwości utrzymania stabilnej pozycji siedzącej – jeżeli użytkownik nie ma odpowiedniej kontroli tułowia lub mięśni brzucha/pleców, wtedy korzystanie może być niebezpieczne.
2. Występuje niedowład lub porażenie, ale bez stabilnej kontroli tułowia.
3. Znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej lub równowagi – np. choroby błędnika, zawroty głowy, niesamodzielność w siadaniu lub wstawaniu.
4. Użytkownicy, którzy nie powinni przyjmować pozycji siedzącej z przyczyn medycznych – np. pewne stany pooperacyjne, zakrzepy, czy inne wskazania lekarza mogą wykluczać siedzenie.
5. Osoby z poważnymi zaburzeniami percepcji lub znacznie ograniczoną sprawnością intelektualną – gdy nie mogą samodzielnie lub pod nadzorem korzystać z urządzenia bez ryzyka upadku.

VI. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


1. Ryzyko upadku – w przypadku niewłaściwego montażu, przesunięcia ławeczki lub utraty równowagi przez użytkownika może dojść do upadku, co grozi urazami.
2. Urazy skóry – długotrwałe siedzenie na twardym podłożu może prowadzić do podrażnień skóry, otarć lub nawet odleżyn u osób z ograniczoną mobilnością.
3. Ból i dyskomfort – źle dobrane siedzisko (np. za wąskie lub zbyt twarde) może powodować dyskomfort, ból pleców, pośladków lub kończyn dolnych.
4. Zwiększone ryzyko hipotermii – osoby długo siedzące w wilgotnym środowisku (np. w chłodnej łazience) mogą być narażone na wychłodzenie, szczególnie osoby starsze i z obniżoną masą ciała.
5. Problemy z krążeniem – długotrwała pozycja siedząca, szczególnie u osób z zaburzeniami krążenia, może powodować obrzęki kończyn dolnych lub nasilać objawy niewydolności żylnej.
6. Złe dopasowanie wyrobu – niewłaściwe dobranie modelu do potrzeb użytkownika.

VII. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie używaj ławeczki jeśli nie jest prawidłowo zamocowana na wannie. Może grozić to przesunięciem się wyrobu i upadkiem użytkownika.
2. Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia określonego przez producenta.
3. Nie stawaj na ławeczce.
4. Nie używaj wyrobu jeśli brzegi wanny są mokre, tłuste lub nierówne.
5. Nie korzystaj z uszkodzonego wyrobu.
6. Przed każdym użyciem sprawdzaj mocowanie ławeczki do wanny.
7. Sprawdzaj stan gumowych elementów antypoślizgowych.
8. Przed użyciem dostosuj wyrób do rozmiaru wanny.
9. Siadaj powoli i równomiernie unikając gwałtownego siadania lub przenoszenia ciężaru ciała na jeden bok.
10. Regularnie kontroluj stan techniczny wyrobu.
11. Po każdym użyciu spłucz i osusz wyrób, unikając w ten sposób rozwoju pleśni i korozji

VIII. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

1. Ławeczki nie można montować na wannie, gdy pokrętła, znajdujące się pod spodem ławeczki, nie mają pełnego kontaktu z pionową (lub prawie pionową) ścianą wanny.
2. Należy zawsze przed użyciem ławeczki upewnić się, że jest prawidłowo zamocowana.
3. Nóżki ławeczki należy rozstawić maksymalnie na zewnątrz, aż zablokują się przy brzegach wanny tak, że ławeczka będzie ściśle przylegać do obu jej brzegów.
4. Przed użyciem sprawdź, czy ławeczka jest bezpiecznie zablokowana. Ławeczka nie może być położona niesymetrycznie względem brzegów wanny, a zabezpieczenia nie mogą nie przylegać lub tylko częściowo przylegać do wanny (Rys. 3).
5. Co najmniej raz na 3 miesiące należy wykonać przegląd wizualny wszystkich elementów wyrobu w tym: dokręcenie nóżek rozporowych, stan płyty głównej i uchwytu (pod kątem pęknięć).
6. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



UWAGA! Jeśli z jednej strony ławeczka znacznie wystaje poza brzeg wanny może być to niebezpieczne dla użytkownika i grozić upadkiem.






UWAGA! Zawsze przed użyciem ławeczki upewnij się, że jest ona prawidłowo i stabilnie zamontowana do wanny.

UWAGA! Zbyt mocne dokręcanie pokręteł może spowodować uszkodzenie siedziska.

IX. SPOSÓB UŻYWANIA

SPOSÓB MONTAŻU

1. Włóż rączkę na boku ławeczki (rys.1).
2. Przykręć ją od spodu wkrętami, do pomocy możesz użyć monety (rys. 2).
3. Włóż wkręty do mocowania dolnych pokręteł (rys.3).
4. Wkręć dolne pokrętła (rys. 4).
5. Ustaw odpowiedni rozstaw pokręteł. Prawidłowo przymocowane pokrętło dotyka krawędzi wanny i zabezpiecza ławeczkę przed poruszaniem (rys. 5, 6, 7).
6. Sprawdź czy ławeczka jest stabilna (rys. 8).

rys. 1	rys. 2	rys. 3	rys. 4
			
rys. 5	rys. 6	rys. 7	rys. 8
			

X. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Co najmniej raz na 3 miesiące należy wykonać przegląd wizualny wszystkich elementów wyrobu w tym: dokręcenie nóżek rozporowych, stan płyty głównej i uchwytu (pod kątem pęknięć).
2. Zaleca się regularne czyszczenie. Ławeczkę należy czyścić miękką szmatką oraz wodą z mydłem

UWAGA! Do czyszczenia ławeczki nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.

XI. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE

1. Ławeczka powinna być przechowywania w temperaturze od 0 °C do +40 °C, przy wilgotności względnej 80%.
2. Produkt należy przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i promieni słonecznych.