PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska (Poland), e-mail: info@rehafund.pl, www.rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYWANIA
Ławeczka do wanny Diana 856

I. WPROWADZENIE



Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.

Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.
Zdjęcia użyte w instrukcji mają charakter poglądowy!

UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.


II. CHARAKTERYSTYKA

PARAMETRY TECHNICZNE

Nr katalogowy:	RF-856
Całkowita długość:	76 cm
Szerokość siedziska:	35 cm
Rozstaw pokręteł:	46-68 cm
Całkowita wysokość:	9,5cm
Waga ławeczki:	2,7 kg
Max. bezpieczne obciążenie:	110 kg

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW	
Ławeczka do kąpieli	HDPE (Polietylen)
Śruba	HDPE (Polietylen)
Gumowe nóżki antypoślizgowe	Guma
Zaślepka	Guma
Poręcz/uchwyt	HDPE (Polietylen)
Śruba od poręczy/ śruba do uchwytu	HDPE (Polietylen)
Obrotowe siedzisko	HDPE (Polietylen)

ELEMENTY TABORETU



1. Ławeczka do kąpieli
2. Śruba
3. Gumowe nóżki antypoślizgowe
4. Zaślepka
5. Poręcz/uchwyt
6. Śruba od poręczy/ śruba do uchwytu
7. Obrotowe siedzisko

UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z ławeczki na wannę, należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Ławeczka to praktyczne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o osobach starszych oraz z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia podczas codziennych czynności higienicznych. Jej głównym celem jest zwiększenie komfortu, niezależności oraz bezpieczeństwa podczas kąpieli, szczególnie w śliskim i potencjalnie niebezpiecznym środowisku, jakim jest łazienka.

Ławeczka stanowi nieocenioną pomoc w codziennej pielęgnacji, wspierając osoby potrzebujące w zachowaniu samodzielności i godności.

IV. GRUPA DOCELOWA

Przeznaczona jest:

- dla osób starszych, którym trudniej wchodzić do wanny i wychodzić z niej.
- osób z ograniczoną mobilnością – dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, po urazach i operacjach oraz opiekunów osób potrzebujących wsparcia, dla których ławeczka ułatwi i usprawni bezpieczne wykonywanie czynności higienicznych u podopiecznych.
- osób z chorobami przewlekłymi lub bólowymi – Reumatyzm, bóle stawów, osteoporoza – każda sytuacja, w której kąpiel „na stojąco" jest bolesna lub niebezpieczna.
- zalecana jest również w placówkach opieki długoterminowej, domach opieki i szpitalach jako element wyposażenia łazienek w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.

⚠ V. PRZECIWWSKAZANIA

- Brak możliwości utrzymania stabilnej pozycji siedzącej – jeżeli użytkownik nie ma odpowiedniej kontroli tułowia lub mięśni brzucha/pleców, wtedy korzystanie może być niebezpieczne.
- Występuje niedowład lub porażenie, ale bez stabilnej kontroli tułowia.
- Znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej lub równowagi – np. choroby błędnika, zawroty głowy, niesamodzielność w siadaniu lub wstawaniu.
- Użytkownicy, którzy nie powinni przyjmować pozycji siedzącej z przyczyn medycznych – np. pewne stany pooperacyjne, zakrzepy, czy inne wskazania lekarza mogą wykluczać siedzenie.
- Osoby z poważnymi zaburzeniami percepcji lub znacznie ograniczoną sprawnością intelektualną – gdy nie mogą samodzielnie lub pod nadzorem korzystać z urządzenia bez ryzyka upadku.

⚠ VI. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


- Ryzyko upadku – w przypadku niewłaściwego montażu, przesunięcia ławeczki lub utraty równowagi przez użytkownika może dojść do upadku, co grozi urazami.
- Urazy skóry – długotrwałe siedzenie na twardym podłożu może prowadzić do podrażnień skóry, otarć lub nawet odleżyn u osób z ograniczoną mobilnością.
- Ból i dyskomfort – źle dobrane siedzisko (np. za wąskie lub zbyt twarde) może powodować dyskomfort, ból pleców, pośladków lub kończyn dolnych.
- Zwiększone ryzyko hipotermii – osoby długo siedzące w wilgotnym środowisku (np. w chłodnej łazience) mogą być narażone na wychłodzenie, szczególnie osoby starsze i z obniżoną masą ciała.
- Problemy z krążeniem – długotrwała pozycja siedząca, szczególnie u osób z zaburzeniami krążenia, może powodować obrzęki kończyn dolnych lub nasilać objawy niewydolności żylnej.
- Złe dopasowanie wyrobu – niewłaściwe dobranie modelu do potrzeb użytkownika.

⚠ VII. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie używaj ławeczki jeśli nie jest prawidłowo zamocowana na wannie. Może grozić to przesunięciem się wyrobu i upadkiem użytkownika.
2. Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 110kg
3. Nie stawaj na ławeczce.
4. Nie używaj wyrobu jeśli brzegi wanny są mokre, tłuste lub nierówne.
5. Nie korzystaj z uszkodzonego wyrobu.
6. Przed użyciem dostosuj wyrób do rozmiaru wanny.
7. Siadaj powoli i równomiernie unikając gwałtownego siadania lub przenoszenia ciężaru ciała na jeden bok.
8. Regularnie kontroluj stan techniczny wyrobu.
9. Po każdym użyciu spłucz i osusz wyrób, unikając w ten sposób rozwoju pleśni i korozji.

⚠ VIII. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

1. Należy zawsze przed użyciem ławeczki upewnić się, że jest prawidłowo zamocowana.
2. Nóżki ławeczki należy rozstawić maksymalnie na zewnątrz, aż zablokują się przy brzegach wanny tak, że ławeczka będzie ściśle przylegać do obu jej brzegów.
3. Przed użyciem sprawdź, czy ławeczka jest bezpiecznie zablokowana. Ławeczka nie może być położona niesymetrycznie względem brzegów wanny, a zabezpieczenia nie mogą nie przylegać lub tylko częściowo przylegać do wanny
4. Co najmniej raz na 3 miesiące należy wykonać przegląd wizualny wszystkich elementów wyrobu w tym: dokręcenie nóżek rozporowych, stan płyty głównej i uchwytu (pod kątem pęknięć).
5. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.
6. Powyższą procedurę należy stosować za każdym razem podczas montowania ławeczki na wannie



UWAGA! Jeśli z jednej strony ławeczka znacznie wystaje poza brzeg wanny może być to niebezpieczne dla użytkownika i grozić upadkiem.



UWAGA! Zawsze przed użyciem ławeczki upewnij się, że jest ona prawidłowo i stabilnie zamontowana do wanny.

UWAGA! Zbyt mocne dokręcanie pokręteł może spowodować uszkodzenie siedziska.

IX. SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB MONTAŻU

1. Przygotuj wszystkie części, które są pokazane na Rys.1.
2. Za pomocą wkrętów (2) przymocuj nóżki (3) do siedziska (1).
3. Za pomocą śrub mocujących (6) przykręć uchwyt (5) do siedziska (1).
4. Przesuwaj do przodu i do tyłu nóżki (3) za pomocą części (4), aby wyregulować ich rozstaw.
5. Zamontuj koło obrotowe (7) na siedzisku (1).
6. Ławeczka gotowa do użytku jest przedstawiona na Rys. 2.

rys. 1	rys. 2
	

UWAGA! Jeśli z jednej strony ławeczka znacznie wystaje poza brzeg wanny może być to niebezpieczne dla użytkownika i grozić upadkiem.

UWAGA! Zbyt mocne dokręcanie pokręteł motylkowych może spowodować uszkodzenie pokrętła.

1. Przed użytkowaniem sprawdź, czy ławeczka jest bezpiecznie zablokowana. Ławeczka nie może być położona niesymetrycznie względem brzegów wanny, a zabezpieczenia nie mogą nie przylegać lub tylko częściowo przylegać do wanny.
2. Powyższą procedurę należy stosować za każdym razem podczas montowania ławeczki na wannie.

UWAGA! Zawsze przed użyciem ławeczki upewnij się, że jest ona prawidłowo i stabilnie zamontowana do wanny.

Siedzisko posiada obrotowy okrągły panel ułatwiający użytkownikowi obracanie się.
Cztery nóżki ławeczki można regulować, aby uzyskać szerokość od 46 do 68 cm, co pozwala dopasować je do różnych wanien.

X. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Co najmniej raz na 3 miesiące należy wykonać przegląd wizualny wszystkich elementów wyrobu w tym: dokręcenie nóżek rozporowych, stan płyty głównej i uchwytu (pod kątem pęknięć).
2. Zaleca się regularne czyszczenie. Ławeczkę należy czyścić miękką szmatką oraz wodą z mydłem

UWAGA! Do czyszczenia ławeczki nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.

XI. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE:
Ławeczka powinna być przechowywania w temperaturze od 0 °C do +40 °C, przy wilgotności względnej 80%.
Produkt należy przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i promieni słonecznych.

TRANSPORT:
Wyrób należy transportować w oryginalnym opakowaniu, unikając nacisku lub zgniatania.
Zakres temperatury podczas transportu nie powinien przekraczać -10 °C do +50 °C, przy wilgotności względnej do 80%.

XII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja – należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

XIII. PRZEWIDZIANY OKRES UŻYWANIA

Przewidziany okres używania wyrobu to 5 lat. Ten czas może być dłuższy lub krótszy zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu. Wyrób należy natychmiast wymienić w przypadku:
- zauważalnych uszkodzeń mechanicznych,
- pogorszenia stabilności lub nośności,
- zużycia powierzchni użytkowej,
- braku zgodności z aktualnymi potrzebami użytkownika

XIV. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta). Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami z instrukcji używania.

XV. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
CE	Oznakowanie CE	LOT	Kod partii
REF	Numer katalogowy	QTY	Ilość
#	Numer modelu		Góra, nie przewracać
	Data produkcji		Chronić przed wilgocią
	Zajrzyj do instrukcji używania		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
MD	Wyrób medyczny	UDI	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Warszawa, Polska (Poland)
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

CE

I/RF-856/3/12.02.2026
Data wydania instrukcji używania: 02.2026 v.3