PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska, www.rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYWANIA
ORTEZA PALCOWA RĘKI „DIGIMAX PLUS" O-1771

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.
Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.



Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

Przy zakupie należy sprawdzić kompletność oraz stan jakościowy wyrobu.

II. CHARAKTERYSTYKA

TABELA ROZMIARÓW

Rozmiar	Obwód nadgarstka
1	14–16 cm
2	17–19 cm

SKŁAD
Podwójna tkanina siatkowa 95%,
Biflex 5%

Orteza palcowa ręki „DIGIMAX PLUS" wykonana z oddychającego materiału zapewniającego wysoki komfort noszenia. Wyposażona jest w aluminiową szynę, która umożliwia modelowanie wymaganego kształtu i położenia stawu. Szeroka taśma do obwodowej stabilizacji nadgarstka oraz wąska dodatkowo stabilizująca ortezę na dłoni.

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Orteza przeznaczona jest do stabilizacji palców ręki II, III, IV, V z wyjątkiem kciuka. Pełni funkcję stabilizującą i odciążającą.
Produkt może być używany w przypadku:

- wspomagania leczenia zachowawczego,
- stabilizacji palców II-V - z wyjątkiem kciuka,
- ostrych i przewlekłych zmianach zwyrodnieniowych, zmianach reumatycznych w obrębie palców II-V,
- przy urazach pobocznych więzadeł stawu śródręczno-paliczkowego palców, zwichnięciach stawów palców ręki
- doleczania i rehabilitacji trwałych lub czasowych dysfunkcji obejmowanego ortezą odcinka,

IV. PRZECIWWSKAZANIA

a) W przypadku wystąpienia zmian na skórze w miejscach przylegania ortezy, jej stosowanie jest ograniczone i możliwe tylko pod nadzorem lekarza
b) W przypadku przebytych stanów zapalnych żył głębokich, obrzęków kończyny stosowanie ortezy możliwe jest jedynie po konsultacji z lekarzem prowadzącym.
c) Konieczna jest ocena przez lekarza prowadzącego zastosowania ortezy w przypadku osób z zaburzeniami pamięci różnego pochodzenia, osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Ten produkt może być używany tylko zgodnie z zaleceniem lekarza,
Sposób zakładania ortezy powinien być zademonstrowany przez wykwalifikowany personel medyczny, w obecności osoby, która sprawuje opiekę nad użytkownikiem (jeśli dotyczy),
Produkt i jego elementy należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem,
Skóra w miejscu przylegania ortezy do ciała powinna być czysta – nie należy na czas noszenia wyrobu stosować okładów leczniczych z maści i kremów, nie nakładać okładów tuż przed założeniem,
Stosowanie produktu w nocy jest dopuszczalne jedynie w przypadku zalecenia lekarza prowadzącego,
Stosowanie ortezy przez długi okres czasu może skutkować ograniczeniem ruchów czynnych i biernych w stawach, dlatego zaleca się systematyczne wykonywanie ćwiczeń dobranych przez wykwalifikowany personel medyczny na polecenie lekarza prowadzącego,
Produkt należy utrzymywać w czystości zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji oraz na metce umieszczonej na wyrobie. Niewłaściwe czyszczenie i konserwacja wyrobu może prowadzić do powstawania zmian skórnych,
Produkt nie może być używany w przypadku braku jakiejkolwiek części. Nie można stosować dwóch tych samych lub różnych produktów jednocześnie,
Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

VI. SPOSÓB UŻYCIA

- Upewnij się, że rozmiar produktu jest odpowiednio dobrany,
- Przed założeniem ortezy wszystkie zapięcia należy odczepić i pozostawić w stanie luźnym,
- W razie potrzeby dognij szynę palcową do pożądanego kształtu,
- Delikatnie umieść stabilizowany palec w kieszonce usztywnienia,
- Zapnij rzepy oraz taśmę dociągową wokół nadgarstka

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się pranie wyrobu regularnie. Przed praniem należy (w razie możliwości) wyjąć metalowe elementy produktu i zapiąć wszystkie połączenia rzepowe ortezy.

Prać ręcznie w temperaturze do 40°C w wodzie z neutralnym, antyalergicznym detergentem,
Płukać w letniej wodzie, nie stosować środków zmiękczających,
Nie wykręcać
Nie wybielać
Nie prasować
Nie czyścić chemicznie
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Suszyć na płasko w cienistym oraz przewiewnym miejscu – nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt nie jest odporny na ciepło i traci swoje właściwości w wysokiej temperaturze powyżej 120°C

Dla własnego bezpieczeństwa kontroluj na bieżąco stan wyrobu.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli ortezy, zgodnie z zaleceniami producenta. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZIANY OKRES UŻYWANIA

Przewidziany okres używania ortezy to 3 lata. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

X. GWARANCJA:

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).
Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Góra, nie przewracać
	Oznakowanie CE		Chronić przed wilgocią
	Numer katalogowy		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Data produkcji		Nie przecinać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Recykling
	Ostrzeżenie		Prać ręcznie
	Kod partii		Nie wybielać
	Wyrób medyczny		Nie prasować
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Nie czyścić chemicznie
	Ilość		Nie suszyć bębnowo
	Numer modelu		

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Warszawa, Polska
www.rehafund.pl

I/O-1771/2/28.11.2024
Data wydanie instrukcji używania: 11.2024 v.2