DY01908LAJ

INSTRUKCJA UŻYWANIA (PL)
INSTRUCTIONS FOR USE (EN)



(PL) STANDARDOWY WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY

(EN) STANDARD ALUMINIUM WHEELCHAIR

Guangdong Dayang Medical Technology Co.,Ltd.
Wersja: V0

I/DY01908LAJ/V/0/21.02.2025
Data wydania instrukcji używania: 02.2025 v.0

SPIS TREŚCI

1. OMÓWIENIE INSTRUKCJI UŻYWANIA 3
2. ADAPTACJA 3
3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYWANIA 3
4. OPIS PRODUKTU 7
    1) SPECYFIKACJA PRODUKTU, NAZWY CZĘŚCI 7
    2) USTAWIENIE WÓZKA INWALIDZKIEGO 8
    3) PRZEGŁĄD FUNKCJONALNY 9
    4) OBSŁUGA WÓZKA INWALIDZKIEGO 9
    5) CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA PRODUKTU 13
    6) PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PRODUKTU 14

1. OMÓWIENIE INSTRUKCJI UŻYWANIA

Ta instrukcja używania jest przeznaczona dla ręcznych wózków inwalidzkich i zawiera różnego rodzaju informacje dotyczące bezpieczeństwa, opisy funkcji, konserwacji i inne.

Grafiki zawarte w tym podręczniku służą jedynie jako pomoc dla użytkownika.

2. ADAPTACJA

Ręczne wózki inwalidzkie (zwane dalej wózkami inwalidzkimi) służą jako środek transportu dla osób niepełnosprawnych, chorych oraz osób starszych i niedołężnych.

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać część *Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego używania*, aby prawidłowo korzystać z wózka.
- Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w rozdziale *Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego używania* może spowodować uszkodzenie produktu, obrażenia ciała lub nawet zagrożenie życia.
- Jeśli wózek inwalidzki musi być obsługiwany bezpośrednio przez pacjenta lub członków jego rodziny, członkowie rodziny powinni przeczytać instrukcję przed jego użyciem.
- Nie pozwalaj małym dzieciom i osobom, które nie rozumieją obsługi wózka inwalidzkiego, obsługiwać go.
  Każda z podanych informacji jest ważna dla bezpieczeństwa, należy się do niej stosować.

*Po przeczytaniu instrukcji używania przechowuj ją w miejscu, w którym będzie zawsze widoczna.

⚠ OSTRZEŻENIE

1. Aby uzyskać maksymalną stabilność, oś tylnego koła musi być zamocowana w najbardziej wysuniętym do tyłu położeniu. Każde przemieszczenie osi będzie miało wpływ na stabilność wózka inwalidzkiego podczas jazdy. Jeśli oś tylnego koła wózka inwalidzkiego jest przesunięta do przodu, należy sprawdzić, czy jest stabilna przed użyciem wózka inwalidzkiego. Przed przechyleniem poduszki siedzenia wózka inwalidzkiego do wartości granicznej lub przesunięciem tylnej osi koła do przodu należy sprawdzić stabilność wózka inwalidzkiego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zaleca się, aby użytkownicy dokładnie sprawdzili stabilność wózka inwalidzkiego przed jego użyciem.
2. Nie składaj ramy lub obu stron uchwytu obiema rękami. Niewłaściwe składanie lub otwieranie wózka inwalidzkiego może łatwo spowodować uszkodzenie.
3. Hamulce po obu stronach wózka inwalidzkiego służą wyłącznie do hamowania podczas postoju, a nie jako urządzenie hamujące, nie powinny być używane do zwalniania ani hamowania podczas jazdy.
4. Nie należy zjeżdżać wózkiem inwalidzkim po schodach siłą bezwładności, w przeciwnym razie może to spowodować wypadek lub uszkodzenie wózka
5. Nie wchodź i nie schodź po schodach bez pomocy. Wózka nigdy nie wolno przenosić wraz z użytkownikiem, w przeciwnym razie spowoduje to zagrożenie dla użytkownika oraz uszkodzenie wózka inwalidzkiego.

6. O ile nie ma innych zaleceń, wszystkie regulacje wózka powinny być wykonane, kiedy użytkownik nie siedzi na wózku.
7. Kiedy jesteś na wózku inwalidzkim i chcesz podnieść przedmioty inne niż wózek inwalidzki (takie jak przód, boki lub tył wózka inwalidzkiego), uważaj, aby nie przechylić zbytnio ciała, aby nie przewrócić wózka inwalidzkiego z powodu nieważkości.
8. Przed użyciem wózka należy sprawdzić, czy podłokietniki, uchwyty itp. nie są zbyt luźne. Jeśli tak, skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.
9. Nie pochylaj się poniżej kolan, aby podnieść przedmioty z ziemi.
10. Nie zmieniaj pozycji siedzącej podczas opierania się, w przeciwnym razie wózek inwalidzki przewróci się.
11. Nie używaj schodów ruchomych, jeśli poruszasz się wózkiem inwalidzkim, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia ciała.
12. Kiedy osoba korzystająca z wózka chce przenieść wózek inwalidzki w inne miejsce, najpierw parkuje wózek w najbliższym i najlepszym miejscu, obraca przednie koła wózka w miejsce, w które ma być przeniesiony, i upewnia się, że wózek hamuje.
13. Podnosząc wózek inwalidzki, chwyć za nieruchome części wózka, a nie za części ruchome, takie jak platformy podnóżka.
14. Proszę nie stawać na platformach podnóżków podczas schodzenia. Użytkownicy nie powinni stać na platformach podnóżków podczas użytkowania, aby zapobiec przewróceniu się wózka inwalidzkiego.
15. Podczas korzystania z wózka na pochyłej drodze nie przechylaj go ani

nie zmieniaj nagle kierunku i nie hamuj gwałtownie podczas zjazdu, aby zapobiec niebezpieczeństwu przewrócenia się do przodu.


16. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego obciążenia wózka (100 kg). Jeśli użytkownik waży więcej niż 100 kg, należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania specjalnego zamówienia.
17. Jazda na wózku inwalidzkim jest odpowiednia do jazdy na płaskim podłożu, a jazda po wybojach jest surowo zabroniona. Napotykając przeszkody, należy objechać je, aby zapobiec niebezpieczeństwu przechylenia się wózka inwalidzkiego.
18. Gdy wózek inwalidzki porusza się po pochyłym podłożu, użytkownik musi zapiąć pas bezpieczeństwa; gdy nachylenie jest większe niż 5 stopni w dół, opiekun powinien obrócić wózek inwalidzki do tyłu i przejść do przodu z zachowaniem ostrożności. Jeśli w czasie zjazdu wózek jest skierowany do przodu, może to spowodować pochylenie się do przodu i upadek.
19. Podczas używania wózek inwalidzki należy czyścić rutynowo raz na dobę. Podczas używania przez pacjenta cierpiącego na chorobę zakaźną, wózek inwalidzki należy dokładnie zdezynfekować środkami dezynfekującymi.
20. Normalny okres użytkowania produktu wynosi 5 lat od daty dostawy.

4. OPIS PRODUKTU

1) Specyfikacja produktu, nazwy części

Ten produkt składa się z ramy, krzyżaka, składanego oparcia, uchwytów, platform podnóżka, podłokietników, blokad tylnych kół, 8-calowego przedniego koła, 24-calowego tylnego koła, tapicerki siedziska i oparcia, podnóżka, akcesoriów itp. Jego strukturę przedstawiono na poniższym rysunku:

Nazwa	Całkowita długość	Całkowita szerokość	Całkowita wysokość	Szerokość siedziska	Koło przednie	Koło tylne
dane	97 cm	60, 63, 68 cm	94 cm	42, 45, 48 cm	8 cali	24 cale
Nazwa	Wysokość siedziska	Głębokość siedzenia	Wysokość oparcia	Szerokość złożeniu	Waga netto	Max waga użytkownika
dane	49 cm	40 cm	41 cm	33 cm	13.7 kg	100 kg



1. Uchwyt
2. Składane oparcie
3. 24-calowe tylne koło
4. Ciągi
5. Blokady kół
6. Rama
7. 8-calowe przednie koło
8. Platforma podnóżka
9. Pasek zabezpieczający
10. Demontoway podnóżek
11. Krzyżak
12. Tapicerka siedziska
13. Boczek
14. Podłokietnik
15. Tapicerka oparcia

2) Ustawienie wózka inwalidzkiego

Przyczyną uszkodzeń jest niewłaściwe ustawienie wózka, dlatego należy unikać umieszczania go w następujących miejscach:

- miejsce wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;
- w pobliżu urządzeń grzewczych, takich jak piece i grzejniki;
- miejsce łatwo narażone na nadmierną ilość pary wodnej i oleju;
- miejsce o wysokiej temperaturze (powyżej 40℃), wysokiej wilgotności (powyżej 80% wilgotności względnej) i niskiej temperaturze (poniżej 0℃);
- miejsce z dużą ilością pyłu, dymu, soli, siarki, substancji żrących itp.

- miejsce ze słabą wentylacją;
- miejsce narażone na wibracje i wstrząsy (w tym podczas transportu);
- niestabilne podłoże;
- nierówne podłoże.


3) Przegląd funkcjonalny

Wózek inwalidzki został zaprojektowany z zachowaniem zarówno bezpieczeństwa, jak i wygody użytkowania. Cechuje go:


1. rama spawana z profilami aluminiowymi o wysokiej wytrzymałości
2. ogólna konstrukcja jest prosta i nowatorska, a cały pojazd jest lekki
3. składane oparcie
4. podłokietnik tylny
5. odczepiany podnóżek
6. rama składana
7. hamulec tylny

4) Obsługa wózka inwalidzkiego


a. Podczas rozkładania wózka inwalidzkiego można nacisnąć z siłą obie strony lub jedną stronę siedziska. Aby złożyć wózek inwalidzki, najpierw należy nacisnąć pedały, a następnie podnieść poduszkę siedziska, co umożliwi złożenie wózka. (patrz rysunek 1)




b. Po obu stronach wózka znajdują się hamulce. Podczas parkowania wózek inwalidzki należy zaparkować za pomocą hamulców (rys 2).




c. Z tyłu i na dole wózka inwalidzkiego znajduje się tylna dźwignia z plastikową osłoną. Mocny nacisk na tylną rurkę sprawi, że wózek inwalidzki przechyli się do tyłu. Najpierw na stopnie wjeżdża przednie koło, a potem wózek inwalidzki (rys. 3).




d. Jeśli zakupiony wózek inwalidzki ma odpinany podnóżek, przekręć uchwyt blokujący podnóżek, a wtedy go zdemontujesz. Po odchyleniu się o pewien kąt można go podnieść i zdjąć; wyrównaj otwór pozycjonujący uchwytu ze sworzniem pozycjonującym ramy i zawieś go, a następnie delikatnie odchyl go do środka, aż uchwyt zostanie automatycznie zablokowany i zamocowany (rys. 4).



e. Jeśli kupiłeś wózek inwalidzki z odchylanym podłokietnikiem, podczas odchylania do tyłu przytrzymaj przednią część podłokietnika, naciśnij palcem wskazującym poręcz, aby lekko zablokować uchwyt, a podłokietnik zostanie odchylony do tyłu; gdy podłokietnik zostanie odchylony do przodu, trzpień podłokietnika zostanie włożony do środka (rys. 5).



f. Jeśli zakupiłeś wózek inwalidzki ze składanym oparciem, w celu złożenia przytrzymaj lekko jedną ręką tylną rączkę, a drugą ręką pociągnij składaną rączkę do tyłu, aż trzpień odłączy się od ramy i będzie można złożyć tylną rączkę. Aby rozłożyć, postępuj odwrotnie (rys. 6).



7.①Hamulec dla opiekuna, podczas hamowania najpierw przytrzymaj uchwyt ręką, a następnie naciśnij go do góry (słychać „pstryk”), aby zatrzymać hamulec. (Rysunek 7)

②Po zaciągnięciu hamulców należy nacisnąć spust (słychać „pstryk”), aby zwolnić hamulce i przesunąć wózek inwalidzki. (Rysunek 8)



Rysunek 7



Rysunek 8

5) Czyszczenie i dezynfekcja

⚠ **UWAGA!**

Ten produkt nie nadaje się do czyszczenia za pomocą ciśnieniowych maszyn czyszczących. Nie spryskiwać części wózka inwalidzkiego wodą podczas czyszczenia.

Czyszczenie wózka inwalidzkiego:

a. W celu dokładnego czyszczenia i łatwej kontroli przy czyszczeniu należy rozłożyć wózek inwalidzki.

b. Podczas czyszczenia użyj szmatki nasączonej rozcieńczonym neutralnym detergentem, wyczyść i wytrzyj, następnie użyj szmatki nasączonej czystą wodą, aby zetrzeć pozostałości detergentu po czyszczeniu , a na koniec wytrzyj suchą szmatką.

c. Do czyszczenia nie należy używać środków o właściwościach lotnych, takich jak rozpuszczalnik, benzyna itp.

Dezynfekcja wózków inwalidzkich:

a. Używając środka dezynfekującego, stosuj go zgodnie z określonym dla niego stężeniem:

0,05-0,2% środek dezynfekujący z chlorkiem amonu;

0,05-0,2% chlorowany środek dezynfekujący na bazie fenylu;

0,05% roztwór diklofenaku w etanie.

b. W zależności od środka dezynfekującego, może on powodować korozję części metalowych lub odbarwienia, zniszczenia i pęknięcia części plastikowych, dlatego należy używać środków dezynfekujących zalecanych powyżej.

c. Prosimy o sprawdzenie składu środka dezynfekującego przed użyciem.

d. Po dezynfekcji należy zetrzeć środek dezynfekujący.

Ozon i autoklawy nie powinny być używane jako sterylizatory.

6) Pielęgnacja i konserwacja produktu

a. W celu bezpiecznego korzystania z wózka inwalidzkiego konieczne jest przeprowadzanie na nim regularnych kontroli bezpieczeństwa. Zaleca się przeprowadzanie kompleksowej kontroli co sześć miesięcy, aby upewnić się, że części łączące nie są luźne i działają normalnie.

b. Podczas codziennej kontroli należy dodać odpowiednią ilość oleju smarującego do połączeń często poruszających się części wózka inwalidzkiego; w przypadku stwierdzenia poważnego zużycia należy je natychmiast wymienić, aby zapewnić bezpieczeństwo.

c. Unikać uderzenia wózka inwalidzkiego i zarysowania powłoki ostrymi przedmiotami.

d. Zapobiegaj wchłanianiu wilgoci przez wózek inwalidzki i podkładkę oparcia siedzenia, co może powodować rdzę, niestandardowe dźwięki i rozwój bakterii. Jeśli na wózek wyleje się woda, należy ją natychmiast wytrzeć.

e. Kiedy wózek inwalidzki osiągnie swój okres użytkowania, jego metalowe części mogą zostać poddane recyklingowi.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rączki do popychania	polichlorek winylu
Koło tylne	poliuretan lub guma lateksowa
Ciągi	stal
Blokada kół (hamulec)	polipropylen
Krzyżak	stal
Rama	aluminium
Widelec	aluminium
Koło przednie 8”	polipropylen + polichlorek winylu
Platforma podnóżka	poliamid
Pasek zabezpieczający stopę	poliester
Podnóżek	aluminium
Tapicerka siedziska	poliester
Tapicerka oparcia	poliester
Podłokietnik	polipropylen
Hamulce	stal

Reha Fund Sp. z o. o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Polska (Poland)
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd.
Changhongling Industrial Park (2nd Phase),
Shishan, Nanhai , Foshan,Guangdong, China

Email:dy2@dayangmed.com
Tel: (86) 757 81821201
Mob: (86) 13923257261

EC REP SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel,
The Netherlands
SRN: N:-AR-000000247

GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Góra, nie przewracać
CE	Oznakowanie CE		Chronić przed wilgocią
REF	Numer katalogowy		Kruchy,obchodzić się ostrożnie
#	Numer modelu		Szerokość siedziska
	Data produkcji		Wózek koła tylne
	Zajrzyj do instrukcji używania		Kolor ramy
MD	Wyrób medyczny		Poduszka
LOT	Kod partii	-10°C 40°C	Dopuszczalna temperatura
QTY	Ilość	30% 80%	Ograniczenie wilgotności
UDI	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Ostrzeżenie
	Importer	A→文	Tłumaczenie
EC REP	Upoważniony przedstawiciel		

CE

Content

1. Overview of the Instructions for Use 3
2. Adaptation 3
3. Precautions for safe use 3
4. Product introduction 7
    1) Product Specifications, Part Names 7
    2) Placement of the wheelchair 8
    3) Functional Overview 9
    4) Operation of the wheelchair 9
    5) Cleaning and Disinfection of Products 13
    6) Product care and maintenance 14

1 Overview of the Instructions for Use

This instruction manual is suitable for manual wheelchairs, including various types of safety precautions, function descriptions, maintenance and other information.

The graphics in this manual are for the user's reference only, and the actual product shall prevail in actual use.

2 Adaptation

Manual wheelchairs (hereinafter referred to as wheelchairs) are used as means of transportation for the disabled, the sick and the elderly and infirm.

3 Precautions for safe use

- Be sure to read this "Precautions for Safe Use" carefully before use, so as to use it correctly.
- If you do not follow the instructions in "Precautions for Safe Use", the product may be damaged, people may be injured, or even life-threatening.
- If the wheelchair needs to be directly operated by the patient or his family members, the family members should understand the use method of the manual before using it.
- Do not allow young children and persons who cannot understand the

operation to operate the wheelchair.

Either one is important for safety, please be sure to follow it.

*After reading the instruction manual, keep it in a place where it can be seen at all times.

⚠ warning

1. In order to obtain maximum stability, the axle of the rear wheel must be fixed in the rearmost position. Any displacement of the axle will affect the stability of the wheelchair during travel. If the axle of the rear wheel of the wheelchair is moved forward, check that it is stable before you use the wheelchair. Before the seat cushion of the wheelchair is tilted to the limit or the rear wheel axle is moved forward, the stability of the wheelchair must be checked. To ensure safety, users are advised to carefully test the stability of the wheelchair before using it.

2. Do not fold the frame or both sides of the handle with both hands. Improper folding or opening of the wheelchair can easily cause damage.

3. The brakes on both sides of the wheelchair are only for braking when parked, not a braking device, and should not be used for deceleration and braking during travel.

4. Do not make the wheelchair rush up the steps by inertia, otherwise it will cause an accident or damage the wheelchair.

5. Don't go up and down steps or stairs without help. When going up and down the stairs, the entourage must not move the passenger together with the wheelchair, otherwise it will bring danger to the passenger and damage the

wheelchair.

6. Unless there are special instructions, all wheelchair adjustment operations should be carried out when no one is riding.

7. When you are in a wheelchair and want to pick up items other than the wheelchair (such as the front, sides, or back of the wheelchair), please pay attention not to tilt your body too much, so as not to overturn the wheelchair due to weightlessness.

8. Before using the wheelchair, please check whether the armrests, handles, etc. are loose. If so, please contact a professional technician.

9. Don't bend below your knees to pick up objects on the ground.

10. Please do not change your seat position when you lean back, otherwise the wheelchair will fall over.

11. The wheelchair should not walk on the escalator, otherwise it will cause serious personal injury.

12. When the person in the wheelchair wants to transfer from the wheelchair to another place, first park the car in the nearest and best position, and turn the front wheel of the wheelchair towards the place to be transferred. Before getting on the wheelchair, please confirm whether the wheelchair is in the braking state.

13. When moving the wheelchair, please grasp the fixed connection part of the wheelchair instead of the movable parts, such as armrests, foot rests, etc.

14. Please do not step on the pedals to get off the bike, be sure to fold the pedals or shake them to one side. Users should not stand on the pedals during use to prevent the wheelchair from tipping over.

15. When using the chair on a sloping road, do not tip the wheelchair or

change direction suddenly, and do not brake suddenly when going downhill to prevent the danger of tipping forward.

16. The rated load of the wheelchair is 100kg. If the user weighs more than 100kg, please contact the manufacturer for special order.

17. Wheelchair driving is suitable for indoor flat ground, and driving on potholes is strictly prohibited. When encountering obstacles in front of you, you should take a detour to avoid driving in order to prevent the danger of wheelchair tilting.

18. When the wheelchair is driving on a sloping ground: the user must fasten the seat belt; when going downhill, if the slope is greater than 5 degrees, please turn the wheelchair backwards and move forward while carefully confirming. Facing forward when going downhill may cause the user to lean forward and fall.

19. During the use of the patient, it is routinely cleaned once a day, and disinfectants must be used for thorough disinfection when replacing infectious patients.


20. The normal service life of the product is 5 years from the date of delivery.

4. Product introduction

1)Product Specifications, Part Names

This product consists of frame, cross bar, back folding device, handle cover, handle tube, foot bracket, armrest tube, attendant brake, 8-inch solid front wheel, 24-inch PU rear wheel, seat & back upholstery , footplate, accessories, etc. Its structure is shown in the following figure:

Name	Total Length	Total width	Total Height	Seat width	Front wheel	Back wheel
data	97cm	63cm	94cm	45.5cm	8 inch	24 inch
Name	Seat height	Seat depth	Backrest height	Folded width	N.W	Load capacity
data	49cm	40cm	41cm	33cm	13.7kg	100kg



1-Handle cover
2-Attendant brake
3-Back folding device
4-24 inch back wheel
5-Aluminium handrim
6-Hand brake
7-Frame
8-8 inch front wheel
9-Footplate
10-Leg support
11-Detachable legrest
12-Cross bar
13-Seat upholstery
14-Plastic side panel
15-Arm Pad
16-Back upholstery
17-Handle tube

2) Placement of the wheelchair

Improper placement of the wheelchair is the cause of the malfunction, so please avoid placing it in the following places:

●A place exposed to direct sunlight.

●In the vicinity of heating appliances such as stoves and heaters.

●A place easily exposed to excessive water vapor and oil vapor.

●A place with high temperature (above 40℃), high humidity (above 80% relative humidity), and low temperature (below 0℃).

●A place with a lot of dust, smoke, dust, salt, sulfur, corrosive substances, etc.

●A place with poor ventilation.

●A place subject to vibration and shock (including during transportation).

●The ground is not firm.

●The ground is not level.


3)Functional Overview

The wheelchair is designed with both safety and convenience in use. Its main features are:

1. The frame is welded by high-strength aluminum profiles;
2. The overall structure is simple and novel, and the whole vehicle is light.
3. Foldable backrest
4. Rear armrest
5. Detachable foot rest.
6. Folding frame.
7. With rear brake


4)Operation of the wheelchair

a. When opening the wheelchair, you can press both sides or one side of the seat with force, and the wheelchair can be easily opened; when folding the wheelchair, please turn up the pedals first, then lift the seat cushion up, and the wheelchair can be folded. (see picture 1)




picture 1

b. There are brakes on both sides of the seat, and you must use the brakes to park the wheelchair when parking. (See picture 2)




picture 2

c.There is a rear tilt bar with a plastic cover at the back and bottom of the wheelchair. The entourage presses the rear tilt bar hard to make the wheelchair tilt backward. The front wheel climbs the steps first, and then the wheelchair can be easily taken together with the wheelchair. climb the steps. (See picture 3)




picture 3

d. If the wheelchair you purchased has a detachable leg bracket, turn the leg bracket locking handle when disassembling, and the leg bracket can swing outwards. After swinging a certain angle, it can be lifted up and removed; Align the positioning hole of the bracket with the positioning pin of the frame and hang it, then gently swing it inwards until the handle is automatically locked and fixed. (see picture 4)




picture 4

e. If you purchase a wheelchair with a flip back armrest, hold the front end of the armrest when flipping backwards, push the handrail to lock the handle lightly with your index finger, and the armrest can be flipped backward; when the armrest is flipped forward, the armrest pin is inserted into the car On the rack jack, the handle can be automatically reset and locked. (See picture 5)



picture 5

f. If you purchase a wheelchair with back folding device, when folded, hold the rear handle lightly with one hand, and pull the folding handle backward with the other hand until the pin is disengaged from the frame, and the rear handle can be Fold down; when restoring, simply swing the handle up to the restoring state to lock and secure. (See picture 6)。



picture 6

7.①Attendant brake, when braking, hold the handle with your hand first, and then press it up (you hear a "pop") to stop the brake. (See picture 7)
②When the brakes have been applied, you need to press the trigger (you hear a "pop") to release the brakes and move the wheelchair. (See picture 8)



Picture 7



picture 8

5)Cleaning and Disinfection of Products

Note: This product is not suitable for cleaning with "jet" cleaning machines or high pressure/steam. Do not spray wheelchair parts with water during cleaning.
Cleaning of the wheelchair:
a. For thorough cleaning and easy inspection after cleaning, please open the wheelchair and clean it.
b. When cleaning, use a cloth soaked in diluted neutral detergent to wring it out and wipe it, then use a cloth soaked in clean water to wipe off the residual detergent ingredients after wringing it dry, and finally dry it with a dry cloth. .
c. Please do not use volatile items for cleaning, such as thinner, volatile agent, gasoline, etc., otherwise it will cause discoloration or deterioration of the material.
Disinfection of wheelchairs:
a. When using a disinfectant, please use it according to the specified concentration of the following disinfectant:

0.05-0.2% ammonium chloride disinfectant
0.05-0.2% Chlorinated Phenyl Disinfectant

0.05% diclofenac solution in ethane

b. Depending on the disinfectant, it may cause corrosion of metal parts, or discoloration, deterioration and cracking of plastic parts, so please use the disinfectants recommended above.

c.Please confirm the composition of the disinfectant before use

d.After disinfection, please wipe off the disinfectant.

Ozone and autoclaves should not be used as sterilizers.

6) Product care and maintenance

a. In order to use the wheelchair safely, it is necessary to conduct regular safety inspections on the wheelchair. It is recommended to conduct a comprehensive inspection every six months to ensure that the connection parts are not loose and operate normally.

b. The connection of the frequently moving parts of the wheelchair needs to be added with an appropriate amount of lubricating oil during daily inspection; if serious wear is found, it should be replaced immediately to ensure safety.

c. Avoid bumping the wheelchair and scratching the coating on the wheelchair surface with sharp objects.

d. Please prevent the wheelchair and seat back pad from inhaling moisture and moisture, which will cause rust, abnormal noise and bacterial growth.

If there is water attached, please wipe it off immediately.

e. When the wheelchair ages and reaches its service life, the metal parts of the wheelchair can be recycled.

【Manufacturer】Guangdong Dayang Medical Technology Co.,Ltd.

【Registered address】 Changhongling Industrial park (2nd period), Shishan, Nanhai district, Foshan, Guangdong, China

【Manufacturing Address】Changhongling Industrial park (2nd period), Shishan, Nanhai district, Foshan, Guangdong, China

【Contact 】 Tel: +8675781821201 Email:dy2@dayangmed.com

【After-sales service company】Guangdong Dayang Medical Technology Co.,Ltd.