PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska (Poland), email:info@rehafund.pl, www.rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYWANIA
KRZESŁO POD PRYSZNIC NATHAN 820



I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.
Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.

UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

II. CHARAKTERYSTYKA

Nr katalogowy:	**RF-820**
Całkowita szerokość:	50 cm
Szerokość siedziska:	50 cm
Całkowita wysokość:	75–85 cm
Całkowita długość:	48 cm
Wysokość siedziska:	39–49 cm
Głębokość siedziska:	35 cm
Wysokość oparcia:	37 cm
Max. bezpieczne obciążenie:	110 kg
Waga:	2,9 kg

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Siedzisko	PE (polietylen)
Oparcie	PE (polietylen)
Nasadka	TPR (guma termoplastyczna)
Przycisk blokujący	stal

ELEMENTY KRZESŁA

Elementy krzesła przedstawione są na Rys. 1



Rys. 1

Powyższe zdjęcie ma charakter poglądowy.

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Krzesło pozwala osobom z ograniczoną sprawnością ruchową, seniorom utrzymać codzienną higienę osobistą zachowując przy tym znaczną samodzielność. Dzięki temu wyrobowi zagrożenie upadkiem czy innym urazem, które możliwe są pod prysznicem, znacznie spada.

IV. GRUPA DOCELOWA

- Seniorzy, osoby starsze, które ze względu na wiek mogą mieć osłabione mięśnie, problemy z równowagą czy choroby stawów.
- Osoby z niepełnosprawnością ruchową, np. po amputacjach, z porażeniem kończyn dolnych lub ograniczoną mobilnością.
- Osoby w trakcie rehabilitacji, np. po operacjach ortopedycznych (kolan, bioder, kręgosłupa).
- Kobiety w ciąży zwłaszcza w późniejszych etapach ciąży, kiedy równowaga i siła są ograniczone.
- Osoby przewlekle chore, np. z chorobami neurologicznymi (Perkinson, SM), sercowo-naczyniowymi czy układu oddechowego, gdzie kąpiel w pozycji stojącej stanowi zagrożenie.

⚠ V. PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające siadanie na krześle, urazy kończyn dolnych uniemożliwiające utrzymanie równowagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

⚠ VI. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Choć krzesła prysznicowe znacząco zwiększają bezpieczeństwo i komfort kąpieli, mogą też wiązać się z pewnymi działaniami niepożądanymi lub zagrożeniami, jeśli są niewłaściwie używane lub dobrane:

- Poślizgnięcie się i upadek - jeśli krzesło nie ma antypoślizgowych nóżek lub powierzchnia prysznica jest śliska, użytkownik może się poślizgnąć przy wstawaniu lub siadaniu.
- Brak stabilności - źle dopasowane lub niestabilne krzesło może się chwiać, co zwiększa ryzyko urazu.
- Odciski i otarcia- długotrwałe siedzenie na twardej lub nieergonomicznej powierzchni może prowadzić do otarć skóry, zwłaszcza u osób z wrażliwą skórą lub ograniczoną ruchomością.

⚠ VII. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie używaj krzesła jeśli jest uszkodzone, np. pęknięte, posiada znaki korozji, ma obluzowane śruby bądź uszkodzone nasadki antypoślizgowe.
2. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia.
3. Jeśli krzesło nie posiada nóżek antypoślizgowych nie używaj go na śliskiej i mokrej powierzchni bez zabezpieczenia.
4. Nie siadaj i nie wstawaj gwałtownie, nagłe ruchy mogą spowodować przewrócenie się krzesła lub utratę równowagi.
5. Nie używaj wyrobu do innych celów niż do kąpieli lub mycia.
6. Sprawdzaj stabilność krzesła przed każdym użyciem.
7. Stawiaj krzesło w miejscu umożliwiającym swobodne wejście i wyjście, najlepiej blisko ściany lub przy uchwycie wspomagającym.
8. Używaj maty antypoślizgowej pod krzesłem jeśli wanna lub prysznic mają powierzchnię gładką.
9. Kontroluj stan techniczny wyrobu.
10. Dopasuj wysokość krzesła do wzrostu użytkownika, kolana powinny być ugięte pod kątem prostym podczas siedzenia.

⚠ VIII. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:


1. Przed skorzystaniem z krzesła prysznicowego należy upewnić się, że:
   a. wysokość siedziska jest odpowiednio wyregulowana;
   b. przyciski blokujące działają poprawnie;
   c. gumowe nasadki są w dobrym stanie;
   d. wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.
2. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie krzesła w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
3. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia krzesła.
4. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 0°C.
5. Przed użyciem upewnij się, że rurki nóżek krzesła ustawione są na tej samej wysokości.
6. Nie próbuj przesuwać krzesła w górę lub w dół po pochyłości za pomocą wody, lodu lub oleju.
7. Krzesło musi być stosowane na płaskiej powierzchni.
8. Przed każdym użyciem sprawdź stabilność krzesła oraz poziom dokręcenia śrub.
9. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

⚠ **UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.**

IX. SPOSÓB UŻYWANIA

REGULACJA WYSOKOŚCI

1. Wciśnij przycisk zabezpieczający na stopce krzesła i obróć ją delikatnie.
2. Ustaw odpowiednią wysokość.
3. Naceluj przyciskiem na odpowiedni otwór, dzięki czemu zablokujesz stopkę na żądanej wysokości.
4. Powtórz powyższe czynności na każdej stopce upewniając się, że wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.



⚠ **UWAGA! Upewnij się, że wszystkie stopki są poprawnie zablokowane i wyregulowane na tą samą wysokość.**

MONTAŻ

1. Przygotuj zestaw do montażu (Rys. 1).
2. Od spodu siedziska dopasuj nogi krzesła (Rys. 2).
3. Następnie dopasuj rurki oparcia (Rys. 3).
4. Do otworów włóż śruby, a następnie wkręcaj je równomiernie – wkręcaj po kolei każdą śrubę po trochu. Jeśli wkręcisz po kolei całkowicie śruby, możesz mieć problemy z montażem (Rys. 4).
5. Zamontuj oparcie (Rys. 5).
6. Sprawdź czy skręcone krzesło jest stabilne (Rys. 6).

Rys. 1	Rys. 2	Rys. 3
		
Rys. 4	Rys. 5	Rys. 6
		

Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy.

X. SIADANIE I WSTAWANIE

1. Upewnij się, że krzesło stoi stabilnie i jest gotowe do użycia.
2. Stań tyłem do krzesła tak, aby dotykać jego przodu, tylną stroną kolan.
3. Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłonie na siedzisku.
4. Powoli siadaj na krześle, zginając łokcie i jeśli jest to możliwe kolana oraz biodra.
5. Aby wstać z krzesła, oprzyj dłonie na siedzisku i podnieś się.

XI. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę krzesła pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
   a. na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
   b. przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość;
   c. otwory w rurkach nie są powiększone lub wydłużone;
   d. dolne nasadki nie uległy zużyciu – jeżeli tak, należy je wymienić;
   e. żadne inne części krzesła nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie krzesła miękką szmatką i wodą z mydłem.
3. Krzesło po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.
4. Regularne czyszczenie zapobiega zabrudzeniu rurek i zapewnia prawidłowe działanie krzesła.

⚠ **UWAGA! Do czyszczenia wyrobu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.**

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywanie:
Krzesło należy przechowywać w miejscu suchym, przewiewnym, z dala od źródeł ciepła.
Temperatura przechowywania powinna wynosić od 0 °C do +40 °C, przy wilgotności względnej 80%.
Unikaj stawiania ciężkich przedmiotów na krześle, które mogą powodować jego uszkodzenie bądź odkształcenie.

Transport:
Krzesło transportuj w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej lub poziomej, zależnie od kształtu i zabezpieczeń.
Temperatura podczas transportu nie powinna przekraczać od -10 °C do + 50 °C.

XII. KONIEC UŻYWANIA
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

XIII. PRZEWIDZIANY OKRES UŻYWANIA
Przewidziany okres używania wyrobu to 5 lat. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

XIV. GWARANCJA
Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).
Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XV. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
CE	Oznakowanie CE	LOT	Kod partii
REF	Numer katalogowy	QTY	Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
MD	Wyrób medyczny		Kruchy,obchodzić się ostrożnie
UDI	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03-310 Warszawa, Polska (Poland)
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

CE

I/RF-820/3/11.05.2025
Data wydania instrukcji używania: 05.2025 v.3